

Утверждаю»
 И.о. главного врача
 КГП «Костанайская городская
 онкологическая многопрофильная
 больница» Управления здравоохранения
 акимата Костанайской области
 Бобошко М.Ю.



Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) <i>(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)</i>	Водяная баня			
2	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения <i>(с указанием модели, наименования производителя, страны)</i>	Не относится к средствам измерения			
3	Требования к комплектации	№ п/п	<i>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</i>	<i>Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ</i>	<i>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</i>
			<i>Основание комплектующие</i>	Корпус из нержавеющей стали марки AISI 304. Цифровой электронный контроль	1шт

			<p>температуры со светодиодным дисплеем и кнопками для установки температуры нагрева.</p> <p>Зона нагрева предметных стекол после нанесения гистологических срезов, вместимостью на 42 предметных стекла.</p> <p>Подсветка воды в стеклянном резервуаре, для улучшения видимости срезов.</p> <p>Размеры: 330x400x125 мм (ШxГxВ)</p> <p>Диапазон рабочих температур: от комнатной температуры до 60°C</p> <p>Вес 8 кг</p> <p>Сетевой кабель</p>	
		<i>Дополнительные комплектующие</i>		
		-		
		<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i>		
		-		
4	Требования к условиям эксплуатации	<p>Водяная баня может работать в условиях относительной влажности 80% при температуре до 31°C с линейным снижением до 50% при температуре 40°C. Изменение напряжения не может превышать +/-10% от номинального значения.</p>		
5	Условия осуществления поставки МТ <i>(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)</i>	<p>DDP пункт назначения:</p>		
6	Срок поставки МТ и место дислокации	<p>90 (девяносто) календарных дней</p>		
	Условия гарантийного сервисного обслуживания	<p>Адрес:</p>		
		<p>Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев <i>(на весь срок лизинга)</i>. Техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - проверку работоспособности всех основных частей;</p>		

		<ul style="list-style-type: none">- замене или восстановлении отдельных частей МТ;- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
--	--	--