

Протокол №1
об итогах проведенных закупок
на участие в тендере по закупке медицинского оборудования № 10.

г. Костанай

«12» июня 2024 года.

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии: Бобошко Максим Юрьевич – и.о. главного врача КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница» УЗАКО;

Заместитель председателя тендерной комиссии: Баранбаев Даурен Батыргалиевич – заместитель по экономическому и административно - хозяйственному обеспечению КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница» УЗАКО

Члены тендерной комиссии: Марар Станислав Владимирович – юрист КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница» УЗАКО

Сабиева Мавлида Танабаевна – заведующая отделением анестезиология и реанимации - КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница» УЗАКО

Секретарь тендерной комиссии: Алпысбаева Алтын Минайдаркызы.

Провели тендер по закупке медицинского оборудования.

Наименование медицинского оборудования, согласно приложению № 2 к Тендерной документации от 21.05.2024 года).

Сумма, выделенная для закупки – **59 970 000, 00 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) тенге 00 тиын**, (согласно приложение № 2 к Тендерной документации от 21.05.2024 года).

От потенциальных поставщиков запросов о разъяснении тендерной документации не поступали.

Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

2. Представлены следующие заявки на участие в тендере:

2.1. ТОО «Ishym Medical», г. Астана, район Байконьыр, улица Шоқан Уәлихан дом 9/1, н.п.10. Дата 06.06.2024г время 08: 41 ч.

2.2. ТОО «Meta soft», г. Астана, район Алматы, улица Ш. Құдайбердиұлы дом 2, кв. 59. Дата 06.06.2024г время 08: 02 ч.

2.3. ТОО «Sales&ServiceGroup», г. Алматы, улица Казыбек би дом 50, офис 131. Дата 27.05.2024г время 12: 10 ч.

3. На участие в тендере не допущены заявки следующие поставщики:

1. ТОО «IshymMedical»

а) В основной части тендерной заявки отсутствует Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, требуемое согласно Параграф 8, п.19. пп.5 Тендерной документации.

б) Техническая спецификация к тендерной заявке не соответствует параметрам технической спецификации тендерной документации, а именно:

1. Отсутствуют либо не предоставлены данные по пунктам:

- Механический ротаметр на смешанный свежий газ – наличие
- PCV-VG (Вентиляция с регулируемым давлением и гарантированным объемом) – наличие
- Контур: Объем контура, не более 2.6Л.
- Стерилизация целого контура до 134°С.
- Возможность демонтажа целого контура – наличие.
- Встроенный подогреватель контура пациента для предотвращения конденсации влаги – наличие.

- Емкость испарителя не менее 350 мл.
- Модуль Мультигазового анализа: Показания на дисплее - Fi и ET, MAC значения.
- Воздушный компрессор, встроенный в корпус аппарата.
- Модуль PCV-VG: вентиляция с регулируемым давлением - гарантированным объемом
- Дополнительное крепление для испарителя; Резервное крепление испарителя в комплекте

2. Не соответствуют параметры или хуже:

- Дыхательный объем в режиме VCV не менее 10-1500 мл. (указан Диапазон дыхательного объема 0-100 л/мин)
- Дыхательный объем в режиме PCV-VG не менее 5-1500 мл.(указан Диапазон дыхательного объема 0-100 л/мин)
- Частота дыханий не менее от 4 до 100/мин. (указан Частота дыханий 4:1 - 1:10)
- Диапазон давления 10-100 см H₂O. (указан Диапазон давления 3-60 смH₂O.)
- P_{insp} не менее 5-80 смH₂O. (указан P_{insp} 5-70 смH₂O.)

2. ТОО «Meta soft»

а) В основной части тендерной заявки отсутствует Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, требуемое согласно Параграфа.8, п.19. пп.5 Тендерной документации.

Заключение: ТОО «IshymMedical» и ТОО «Meta soft» в основной части тендерной заявки не предоставили документ: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, требуемое согласно Параграф 8, п.19. пп.5 Тендерной документации.

Параметры Аппарата наркозно - дыхательный AX-800, предоставленные в Технической спецификации потенциальным поставщиком ТОО «IshymMedical» не соответствует параметрам Технической спецификации тендерной документации, т.к. не предоставлены данные по всем требуемым пунктам. Кроме того, по указанным выше параметрам Аппарат AX-800 технически не соответствует необходимым требованиям.

На участие в тендере допущены заявки следующих потенциальных поставщиков:
ТОО «Sales&ServiceGroup».

Эксперты не привлекались.

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок РЕШИЛА:
Признать победителя состоявшимся тендер по закупу медицинского оборудования № 10 - ТОО «Sales&ServiceGroup», по лоту № 1 – на закуп медицинское оборудования;

Председатель тендерной комиссии:




Бобоско М.Ю.

Заместитель председателя тендерной комиссии:



Баранбаев Д.Б.

Члены тендерной комиссии:




Марар С.В.



Сабиева М.Т.

Секретарь тендерной комиссии:



Алпысбаева А.М.