

Протокол №1
об итогах проведенных закупок
способом тендера по закупке медицинского оборудования №1.

г. Костанай

«27» октября 2022 года.

1.Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии: Бобошко Максим Юрьевич - и.о. главного врача КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница» УЗАКО;

Заместитель председателя тендерной комиссии: Баранбаев Даурен Батыргалиевич – заместитель по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница» УЗАКО;

Члены тендерной комиссии:

- Дузбаев Туганбай Жунусович – заместитель и.о. главного врача КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница» УЗАКО;
- Марар Станислав Владимирович – юрист КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница» УЗАКО;

Секретарь тендерной комиссии:

Кауден Айым Серікқызы – специалист по государственным закупкам КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница» УЗАКО;

Провели тендер по закупке медицинского оборудования.

Сумма, выделенная для закупки – **16 144.016,00 (шестнадцать миллионов сто сорок четыре тысяч шестнадцать) тенге.**

От потенциальных поставщиков запросов о разъяснении тендерной документации не поступали.

Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

2. Представлены следующие заявки на участие в тендере:

2.1 ТОО «Inport MT», г. Астана, ул. Брусиловского 24/1, Дата 10.10.2022г время 15³⁰ ч.

2.2 ТОО «Atlant MT», г. Астана, ул. Б.Майлина 4/1, офис 117, Дата 14.10.2022г время 15³⁰ ч.

2.3 ИП «JAM», г. Костанай, ул. Летунова 173, Дата 18.10.2022г время 08⁵⁶ ч.

3. На участие в тендере допущены заявки следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Atlant MT».

4. На участие в тендере отклонены тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков в связи с технической спецификацией:

ТОО «Inport MT» - не работающие между собой представленные комплектующие (представлен баллон для аргона, редуктор кислородный шланг высокого давления без генератора аргона),;

- нет информации о количестве возможных сохраненных программ установленных режимов;
- нет опции переключения режимов с помощью педали;
- нет описания встроенных режимов что затрудняет определение области применения;
- ограниченное количество встроенных режимов;
- одноразовые нейтральные электроды в упаковке по 25шт;
- не соответствие спецификации заявленным требованиям.

ИП «JAM» - нет данных частоты тока ВЧ-генератора;

- отсутствует - режим сечения «Микро» для прецизионного рассечения тканей с точной дозировкой мощности;
- отсутствует - режим сечения «Сухой разрез» для рассечения тканей с усиленным регулируемым эффектом коагуляции
- отсутствует - специализированный режим сечения «MetraLOOP» для эндоскопической гистерэктомии;
- отсутствует - режим для полипэктомии «Полип средн.»;
- отсутствует - режим для полипэктомии «Полип быстр.»;
- отсутствует - режим для папиллотомии «Папилл медл.1»;
- отсутствует - режим для папиллотомии «Папилл средн.»;
- отсутствует - режим для папиллотомии «Папилл быстр.»;
- отсутствует - режим быстрой коагуляции «Форс. Смешан.» с умеренной степенью рассечения;
- отсутствует - режим быстрой коагуляции «Форс. Срезан.» с высокой степенью рассечения;
- отсутствует - специализированный режим коагуляции «Cardiac Mammaria» для кардиохирургии и хирургии молочной железы;
- отсутствует - специализированный режим коагуляции «Cardiac Thorax» для торакальной хирургии;
- отсутствует - режим «Биполярные ножницы» для коагуляции до и во время механического разреза;
- отсутствует - режим коагуляции «Пинцет стандарт» для контактной коагуляции пинцетом без образования искр;
- отсутствует - режим коагуляции «Пинцет стандарт» для контактной коагуляции пинцетом без образования искр;
- отсутствует - режим коагуляции «Пинцет стандарт АВТО» для контактной коагуляции пинцетом с автоматической активацией при контакте с тканью;

- отсутствует - режим коагуляции «Пинцет микро» для контактной коагуляции микропинцетом без образования искр с точно лимитированной мощностью;
- отсутствует - режим коагуляции «Пинцет форсир.» для быстрой коагуляции пинцетом;
- отсутствует - Режим «TissueSeal PLUS» для заваривания вен, артерий и тканевых связок открытым доступом (доступен при наличии опции «LIGATION»);
- отсутствует - Режим «SimCoag Bipolar» для одновременной коагуляции двумя биполярными пинцетами (доступен при наличии опции «BIPOLAR SIM-COAG»);
- отсутствует - Независимая регулировка мощности для каждого инструмента.

Эксперты не привлекались.

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок РЕШИЛА:

Признать состоявшимся тендер по закупу медицинского **ТОО «Atlant MT»** по лоту № 1 – на закупу изделия медицинского оборудования;

Председатель тендерной комиссии:  Бобошко М.Ю.

Заместитель председателя тендерной комиссии:  Баранбаев Д.Б.

Члены тендерной комиссии:  Дузбаев Т.Ж.

 Марар С.В.

Секретарь тендерной комиссии:

 Кауден А.С.