

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

№ п/п	Критерия	Сипаттама			
1	Медициналық медициналық мақсаттағы бұйымдардың атауы	<p>«FAST GUN» тапаншасына гильотинді биопсияға арналған инелер 14G-15см</p> <p>«FAST GUN» тапаншасына гильотинді биопсияға арналған инелер 18G-25см</p>			
2	Қаптамаға қойылатын талаптар	№	Медициналық мақсаттағы бұйымдардың атауы	Медициналық мақсаттағы бұйымдарға арналған құрамдас бөліктің үлгісі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы	Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсетеді)
<i>Негізгі компоненттер:</i>					
		1.	«FAST GUN» тапаншасына гильотинді биопсияға арналған инелер 14G-15см	Гистологиялық зерттеу үшін тін үлгісін алу үшін гильотиндік биопсия процедурасын орындауға арналған бір реттік ине. FAST-GUN биопсия жүйесімен пайдалануға арналған. Бүкіл ұзындығы бойынша эхогендік ұшы мен сантиметрлік белгілердің болуы. Үшбұрышты лазерді қайраудың болуы, канюляның соңында эхо-контрастты бүрку, Luer-Lok шприціне арналған қосқыштың, пластикалық қорғаныс түтігінің болуы. Диаметрі - 14Г (2,1 мм), ұзындығы 15 см Сақтау мерзімі қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен бастап кемінде он екі ай (сақтау мерзімі екі жыл	1 450 шт.

			және одан да көп)		
		2.	<p>«FAST GUN» тапаншасына гильотинді биопсияға арналған инелер 18G-25см</p>	<p>Гистологиялық зерттеу үшін тін үлгісін алу үшін гильотиндік биопсия процедурасын орындауға арналған бір реттік ине. FAST-GUN биопсия жүйесімен пайдалануға арналған. Бүкіл ұзындығы бойынша эхогендік ұшы мен сантиметрлік белгілердің болуы. Үшбұрышты лазерді қайраудың болуы, канюляның соңында эхо-контрастты бүрку, Luer-Lok шприціне арналған қосқыштың, пластикалық қорғаныс түтігінің болуы. Диаметрі - 18Г (1,2 мм), ұзындығы 25 см. Сақтау мерзімі қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен бастап кемінде он екі ай (сақтау мерзімі екі жыл және одан да көп болса)</p>	400 шт
3	Медициналық жабдықты жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 сәйкес)		DDP		
4	Медициналық құрал-жабдықтарды жеткізу уақыты және орналасқан жері		Шартқа қол қойылған күннен бастап 90-120 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Қостанай қ. Көбеева көш. 2 үй		

Бас дәрігердің м. а.

Бобашко

Бобашко М.Ю.



Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Изделия медицинского назначения (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)	<p>«Иглы для гильотинной биопсии на пистолет «FAST GUN» с размерами 14G-15см</p> <p>«Иглы для гильотинной биопсии на пистолет «FAST GUN» с размерами 18G-25см</p>			
2	Требования к комплектации	.№ п/п	Наименование комплектующего к изделия медицинского назначения (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к изделия медицинского назначения	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие			

		1	<p>«Иглы для гильотинной биопсии на пистолет «FAST GUN» с размерами 14G-15см</p>	<p>Одноразовая игла, предназначена для проведения процедуры гильотинной биопсии с целью получения образца ткани для гистологического исследования. Предназначена для использования с биопсийной системой FAST-GUN. Наличие экзогенного кончика и сантиметровой разметки по всей длине. Наличие трехгранной лазерной заточки, эхоконтрастного напыления на конце канюли, наличие коннектора для шприца Луер-Лок, пластикового защитного тубуса. Диаметр - 14G (2,1 мм), длина 15см. Срок годности не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более)</p>	1 450 шт.
		2	<p>«Иглы для гильотинной биопсии на пистолет «FAST GUN» с размерами 18G-25см</p>	<p>Одноразовая игла, предназначена для проведения процедуры гильотинной биопсии с целью получения образца ткани для гистологического исследования. Предназначена для использования с биопсийной системой FAST-GUN. Наличие экзогенного кончика и сантиметровой разметки по всей длине. Наличие трехгранной лазерной заточки, эхоконтрастного напыления на конце канюли, наличие коннектора для шприца Луер-Лок, пластикового защитного тубуса. Диаметр - 18G (1,2 мм), длина 25см. Срок годности не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке</p>	400 шт.

				(при сроке годности два года и более)	
3	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	DDP Заказчик			
4	Срок поставки изделия медицинского назначения и место дислокации	До Адрес: г. Костанай ул. Кубеева 2			

Срок поставки товара: 90-120 месяцев.

Место поставки: 110000, г. Костанай, ул. С.Кубеева, 2.

И.о. главного врача



Бобошко М.Ю.