

Утверждаю»
Заместитель главного врача По Э и АХО
КГП «Костанайская городская
онкологическая многопрофильная
больница» Управления здравоохранения
акимата Костанайской области
Баранбаев Д.Б.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Характеристика
1	Эластомерные инфузионные системы однократного применения	<p>Эластомерное инфузионное устройство для непрерывного введения лекарственных средств. Для длительной инфузии. Объем заполнения не менее 125 мл. Скорость потока не менее 5 мл/в час. Номинальное время инфузии не более 25 часов. Эластомерная мембрана должна быть мягкой, выполнена из силикона, покрыта защитной оболочкой из устойчивого ПВХ материала. Удлинительная линия должна быть в виде треугольного сечения линии для предотвращения ее перегиба или скручивания. Наличие крышки для дополнительной защиты на клапане для заполнения устройства. Коннектор Луэр Лок с внешней резьбой. Наличие зажима для легкой остановки и возобновления инфузии. Наличие фильтра 1,2 мкм для удаления воздуха и механических частиц. Цветовая кодировка с нанесенной маркировкой о скорости потока на фильтре. Ограничитель потока жидкости для обеспечения постоянной и точной инфузии. Коннектор удлинительной линии Луэр Лок. Без ДЭГФ. Без Латекса. Изделие не должно зависеть от источника питания. Изделие и его элементы должны быть совместимы с химиопрепаратами. Минимальный объем заполнения не менее 60мл. Максимальный объем заполнения не менее 125мл. Максимальный объем который остаётся в помпе ≤ 3мл. При объёме заполнения 60мл, время инфузии должно составлять около 12ч. При объёме заполнения 90мл время инфузии должно составлять около 18ч. При объёме заполнения 120мл время инфузии должно составлять около 25ч.</p>

Срок поставки 15 календарных дней с момента подписания договора
Адрес: согласно договору

Заместитель главного врача по Э и АХО

Д. Баранбаев