Объявление о закупе способом запрос ценовых предложений № 50
согласно постановления Правительства Республики Казахстан
от 04 июня 2021 г. № 375

г. Костанай **07.11.2022г.**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Костанайская область, г. Костанай, ул. С. Кубеева, 2

БИН 040240003157

БИК HSBKKZKX
ИИК
KZ776010221000263419
АО "Народный Банк
Казахстана"

Срок начала приема заявок: 08.11.2022 г. 08:00:00 ч.
Срок окончания приема заявок: 15.11.2022 г. 09:00:00 ч.

Лот №	Наименование товара	Дополнительная характеристика	Ед.измер	кол-во	цена	Сумма выделенная для закупа
1	Дефибриллятор-монитор	Дефибриллятор-монитор: Дисплей цветной жидкокристаллический – наличие. Размер, не менее 7.0 дюймов. Разрешение, не менее 800 x 480. Кол-во волн на экране не менее 3. Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей – наличие. Экспорт данных на ПК с помощью USB-накопителя – наличие. Тревоги: Визуальная, 3 уровня громкости звуковой сигнализации – наличие. Лампа тревоги – наличие. Возрастные группы пациентов: Взрослые, дети, новорождённые – наличие. Время зарядки батареи: до 80% не более двух часов, до 100% не более трех часов. Рабочее время батареи: Режим мониторинга не менее 2 часов. Режим дефибрилляции не менее 100 разрядов по 360Дж. Дефибриллятор: Режим мониторинга – наличие. Режим ручной дефибрилляции – наличие. Режим АНД (полуавтоматическая внешняя дефибрилляция) – наличие. Режим кардиостимуляции – наличие. Форма импульса: полусинусоида. Погрешность энергии: не более ±2 Дж или 15% от заданного значения (в зависимости от того, что больше) при импедансе 25-175 Ом. Время зарядки: не более 5 секунд до 200Дж при полностью заряженной батарее, не более 8 секунд до 360 Дж при полностью заряженной батарее. Разряда: через многофункциональные накладные электроды дефибриллятора или разрядные электроды. Диапазон импеданса пациента: от 25 до 175Ом (внешняя дефибрилляция). Выходная энергия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, 360 Дж. Синхронная кардиоверсия: передача энергии начинается в пределах 60мс от пика QRS. Кривая: однофазная прямоугольная импульсная. Ширина импульса: ±20мс, 5%. Рефрактерный период: 200-300мс, ±3%. Режим стимуляции: по запросу или фиксированный. Частота стимуляции: 40-170им./мин, ±1.5%. Выходной сигнал стимуляции: 0-200мА, ±5% или 5мА. Стимуляция: 0,044444444. АНД: Серия разрядов: Уровень энергии: от 100 до 360 Дж (регулируется), разряды: 1, 2, 3 (регулируется). Пригодный для дефибрилляции ритм: ЖФ, ЖТ (ЧСС>150уд/мин, и ширина QRS>120 мс). Мониторируемые параметры: ЭКГ (наличие): 3/5 отведений – наличие. Выбор отведений не хуже: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. Скорость развертки не менее: 6,25 мм/сек, 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек. Полоса пропускания: режим диагностики не менее от 0,05 до 150 Гц, режим мониторинга не менее от 0,5 до 40 Гц, режим терапии не менее от 1 до 20 Гц. Защита от ВЧ-коагулятора – наличие. Защита от дефибрилляции – наличие. Анализ аритмий – наличие. ЧСС (наличие): Диапазон измерений не менее: взрослые 15-300 уд/мин, дети/новорожденные 15-350 уд/мин. Погрешность не хуже ±1% или ±1 уд/мин, большее из значений. Разрешение не более 1 уд/мин. Дыхание (наличие): Методика: трансторакальный импеданс. Диапазон измерений не менее: взрослые 0–120, дети/новорожденные 0-150. Время тревоги по апноэ не менее: 10 с, 15 с,20с,25с,30с,35с, 40 с.Комплектующие:Батерея литий-ионная аккумуляторная, 14.8V, 3000mA. - 1 шт.Модуль ЭК - 1 шт.Набор внешних электродов для дефибрилляции, для взрослых и детей. Детские электроды расположены под взрослыми - 1 шт.Кабель ЭКГ с электродами: для взрослых на не менее 5 отведений - 1 шт.Регистратор термографический: Ширина бумаги не более 50 мм. Скорость печати не менее 25; 50 мм/сек. - 1 шт.Функция кардиостимуляции - 1 шт. Набор внешних электродов для кардиостимуляции, АНД, одноразовый, для взрослых - 1 шт.Термобумага (не более 51 мм * 20м)- 3 шт.Шнур питания- 1 шт.	компл	1,00	3100000,00	3100000,00
Всего на сумму						3 100 000,00

Сроки и условия поставки: срок поставки товара – в течение 7-10-х дней с момента заявки Заказчика до 31.12.2022 г .
Место поставки: г. Костанай, ул. С.Кубеева,2, склад ИМН, Поставка и Разгрузка за счет Поставщика.
Место представления (приема) документов: г. Костанай, ул. С.Кубеева, 2, Планово-экономический отдел (режим работы: с 08.00 ч. до 16.30 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 12.30 ч.).
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница» 110000 г. Костанай , ул. С. Кубеева,2, Планово-экономический отдел, 11:00 ч. «15» ноября 2022 года.Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в

И.о. главного врача
КГП «Костанайская городская
онкологическая многопрофильная больница» УЗаКО **Бобошко М.Ю.**