

Утверждаю
 И.о. главного врача
 КГП «Костанайская городская
 онкологическая многопрофильная
 больница» Управления здравоохранения
 акимата Костанайской области
 Бобошко М.Ю.



Техническая спецификация

Критерии		Описание		
№ п/п	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)	Бронховидеоскоп		
1		№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
2	Требования к комплектации	Основные комплектующие		
		1	Бронховидеоскоп	<p>Бронховидеоскоп должен быть совместим системным видеоцентром CV-190</p> <p>Поддержка системы обработки изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки</p> <p>Стандарт передаваемого изображения – HDTV</p> <p>Направление обзора – 0° (прямой обзор)</p>

				<p>Угол поля зрения – 120°</p> <p>Глубина резкости – 3-100 мм</p> <p>Диаметр дистального конца – 5,5 мм</p> <p>Диаметр вводимой трубки – 5,1 мм</p> <p>Диаметр внутреннего канала – 2.0 мм</p> <p>Углы изгиба рабочей части – 210° вверх, 130° вниз, поворот вправо- 120° влево- 120°.</p> <p>Длина рабочей части – 600 мм</p> <p>Общая длина – 880 мм</p> <p>Минимально видимое расстояние от дистального конца – 3 мм</p> <p>Возможность работы с электрохирургическим инструментарием и лазерными зондами</p> <p>Наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления</p> <p>Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета</p> <p>Простое подключение эндоскопа к видеопроцессору (в одно движение)</p> <p>Биопсийные щипцы – 1уп</p> <p>Одноразовые биопсийные щипцы с овальными браншами из нержавеющей стали. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.0 мм и более, длина 1150</p>	
--	--	--	--	---	--

			мм. Наличие пластиковой оплетки вводимой части с ребристой поверхностью для более легкого введения и цветовым обозначением для идентификации области применения. Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала. Наличие механизма «Качающиеся бранши» для прицельной биопсии. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. Наличие 20 штук в упаковке.	
3	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP		
4	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	60 календарных дней Адрес:		
5	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	<p>Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.</p> <p>Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. <p>Наличие сертифицированного инженера от завода-производителя.</p>		